



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2017/2020

ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 094/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2020

OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem, de forma parcelada, para manutenção das atividades das unidades de saúde da rede municipal, em conformidade com o Termo de referência anexo ao presente edital.

Conforme questionamento realizado pela empresa CMOS Drake do Nordeste S.A., em que ressaltou que nenhum desfibrilador externo automático contém eletrodo infantil com dispositivo de feedback de RCP, que somente os eletrodos para paciente adultos o possuem, solicito errata ao edital do Processo Licitatório 094/2020, Pregão 020/2020, referente ao item nº 135 eletrodo infantil para desfibrilador externo automático, conforme descrição abaixo:

Eletrodos descartáveis pré-gelificados, autoadesivos, equipados em cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador para desfibrilação (DEA) modelo CMOS DRAKE INFANTIL (<25 Kg). Embalagem em sacos herméticos, de material opaco, destinado a proteger o gel da luz e da umidade. Testados e analisadas de acordo com as diretrizes e princípios da ISO 10993-1.

Cambuí, 19 de fevereiro de 2020.

ANTONIO CARLOS BARBOSA

Pregoeiro Substituto

SEBASTIÃO JOSÉ DA ROSA FILHO

Secretário Municipal de Saúde