



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

ERRATA AO EDITAL E SEUS ANEXOS


PROCESSO LICITATÓRIO N.º 260/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2024

OBJETO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO (CTG) E AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 / TERMO DE REFERÊNCIA

CONSIDERANDO QUE HOUE QUESTIONAMENTOS DAS EMPRESAS, E POR ERRO DE DIGITAÇÃO NECESSITA-SE DE CORREÇÃO.

ONDE-SE LÊ NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	48897	<p>CARDIOTOCÓGRAFO:</p> <p>Transdutores à prova d'água, possibilita parto humanizado na água, mais conforto e segurança para mãe, bebê e profissionais envolvidos. Análise do CTG automática, calcula dados como linha de base, aceleração, desaceleração e movimento fetal. Worklist via Software permite importar a lista de exames agendados, selecionar os pacientes prescritos e exportar os exames diretamente ao PACS no formato DICOM. Detecção automática de gêmeos. Tela de LCD colorida 7" com traçado. Alto falante e impressora incorporados. Memória para 450 horas. Exportação de dados via USB. Alça para melhor mobilidade. Bateria de lítio longa duração. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões aproximadas: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm. Peso Aproximadamente 5,5 kg. Monitoramento Frequência Cardíaca Fetal Faixa de BPM 30 ~240 BPM Precisão $\pm 2\%$ Dispersão $< 10\mu A @ 264 VAC$ aplicado ao transdutor Monitoramento Contração Uterina Faixa da Contração 0-100 unidades relativas Resolução 1 unidade relativa Dispersão $< 10\mu A @ 264 VAC$ aplicado ao transdutor Papel Estilo do Papel Z-FOLD Tamanho do Papel 150mm X 90mm X 15mm Precisão $\pm 1\%$ Detector de papel Sim Velocidade Normal, 1, 2 e 3 cm/min $\pm 1\%$ Acelerada, 10 cm/min (somente no modo tendência).</p>	Unidade	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	48897	<p><u>MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO:</u></p> <p>Transdutores à prova d'água, possibilita parto humanizado na água, mais conforto e segurança para mãe, bebê e profissionais envolvidos.</p> <p>Análise do CTG automática, calcula dados como linha de base, aceleração, desaceleração e movimento fetal.</p> <ul style="list-style-type: none">- Detecção automática de gêmeos;- Tela de LCD colorida aproximada de 7" com traçado;- Alto falante e impressora incorporados;- Memória aproximada para 450 horas;- Exportação de dados via USB;- Alça para melhor mobilidade;- Bateria de lítio longa duração. <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões aproximadas: 9,6 cm X 32,6 cm X 27,6 cm;- Peso Aproximadamente 5,5 kg;- Monitoramento Frequência Cardíaca Fetal Faixa de BPM 30 ~240 BPM Precisão $\pm 2\%$ Dispersão $< 10\mu A @ 264 VAC$ aplicado ao transdutorMonitoramento Contração Uterina Faixa da Contração 0-100 unidades relativas Resolução 1 unidade relativa Dispersão $< 10\mu A @ 264 VAC$ aplicado ao transdutorPapel Estilo do Papel Z-FOLD Tamanho do Papel 150mm X 90mm X 15mm Precisão $\pm 1\%$ Detector de papel SimVelocidade Normal, 1, 2 e 3 cm/min $\pm 1\%$ Acelerada, 10 cm/min (somente no modo tendência).	<u>UNIDADE</u>	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS - INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:

10/05/2024 ÀS 8:30 - 09H00.

O pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) Sr. Antonio Carlos Barbosa, com auxílio da equipe de apoio, conforme portaria da comissão nº 173/2024.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL:

www.novobbmnet.com.br

CAMBUÍ 29 DE ABRIL DE 2024.

ANTONIO CARLOS BARBOSA

PREGOEIRO